

Euran Kunta
Tekninen osasto
Saarenvalta Anne
PL 22
27511 EURA



Tilausno 455772 (93EURARA/Uimarant), saapunut 5.8.2021, näytteet otettu 5.8.2021
Näytteenottaja: ymp.tark. Sari Koivusaari

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
71161	Vähäjärvi, Honkilahti

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	71161	Uimarsis
*E. coli	MPN/100 ml	1	<1000
*Suolistop. enterokokit	pmy/100 ml	<1	<400
Lämpötila, näytteenotto	°C	18,3	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Uimarsis = STM:n asetus 354/2008; uimarannan uimavesi, sisämaa

*-merkitty on akkreditoitu menetelmä.

LAUSUNTO

Suoritettujen tutkimusten osalta vesinäyte täyttää yksittäiselle uimarantavesinäytteelle asetetut raja-arvot (STMa 354/2008).



Jaana Virtanen
Kemisti

TIEDOKSI

Haapanen Kimmo/kimmo.haapanen@eura.fi
Saarenvalta Anne/anne.saarenvalta@eura.fi
Terveysvalvonta Säkylä/terveystarkastajat@sakyla.fi
Tuominen Seija/seija.tuominen@eura.fi

Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Katuosoite
Lensunkatu 9
26100 RAUMA

Postiosoite

Puhelin
(03) 2461206
*(03) 2461 276

Sähköposti
jaana.virtanen@kvy.fi

Alv.rek./enn.pid.rek.
2823750-1

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E. coli	ISO 9308-2:2012 (TL97)
*Suolistop. enterokokit Lämpötila, näytteenotto	SFS-EN ISO 7899-2, 2000 (TL97) Lämpötila (TL97)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL97	KVYY Raumalab (FINAS T064)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittäminen
*E. coli	2021/71161		5.8.2021
*Suolistop. enterokokit	2021/71161	Määrittämissärajien alitus	5.8.2021